

TITRIVIN

Mise à jour / Update : 10/10/2016

Fiche récapitulative de la gamme / The sum up range document

Cette fiche récapitulative est un document commercial non contractuel. Les valeurs de référence sont données à titre informatif. Seules les valeurs de référence du certificat d'analyses en vigueur téléchargeable sur notre site www.titrivin.com font foi pour une utilisation correcte de nos matériaux.

Les références d'étalonnage / Calibration references

Série AA - 20 ampoules de 10 mL / étui / AA series - 20 ampoules of 10 ml / box

AA1 lot / batch A 03151220 1 validité jusqu'en / validity décembre 2020 / december 2020					AA2 lot / batch A 03151220 2 validité jusqu'en / validity décembre 2020 / december 2020					AA3 lot / batch A 03141219 3 validité jusqu'en / validity décembre 2019 / december 2019					AA4 lot / batch A 03141219 4 validité jusqu'en / validity décembre 2019 / december 2019					AA5 lot / batch A 03141219 5 validité jusqu'en / validity décembre 2019 / december 2019					
Valeur de référence Reference value	Intervalle de confiance (k=2) confidence interval (k=2)		Intervalle d'acceptation (k=2) acceptance interval (k=2)		Valeur de référence Reference value	Intervalle de confiance (k=2) confidence interval (k=2)		Intervalle d'acceptation (k=2) acceptance interval (k=2)		Valeur de référence Reference value	Intervalle de confiance (k=2) confidence interval (k=2)		Intervalle d'acceptation (k=2) acceptance interval (k=2)		Valeur de référence Reference value	Intervalle de confiance (k=2) confidence interval (k=2)		Intervalle d'acceptation (k=2) acceptance interval (k=2)		Valeur de référence Reference value	Intervalle de confiance (k=2) confidence interval (k=2)		Intervalle d'acceptation (k=2) acceptance interval (k=2)		
	Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit	Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit		Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit	Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit		Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit	Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit		Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit	Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit		Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit			
Titre alcoométrique vol. (%) <i>Alcoholic strength (%vol)</i>	9,46	9,42	9,50	9,40	9,52	10,87	10,83	10,91	10,79	10,95	12,40	12,36	12,44	12,28	12,52	13,69	13,64	13,74	13,57	13,81	13,99	<i>13,87*</i>	<i>14,11*</i>	<i>13,79*</i>	<i>14,19*</i>
Sucres réducteurs (g/L) <i>Reducing sugars(g/L)</i>	1,90	1,75	2,05	1,40	2,40	5,12	4,86	5,38	4,28	5,96	7,35	7,13	7,57	6,11	8,59	9,36	9,08	9,64	8,06	10,66	3,17	2,98	3,36	2,39	3,95
Glucose + fructose (g/L) <i>Glucose + fructose (g/L)</i>	0,87	0,83	0,91	0,79	0,95	3,91	3,79	4,03	3,65	4,17	6,01	5,83	6,19	5,63	6,39	8,01	7,77	8,25	7,51	8,51	2,08	2,02	2,14	1,90	2,26
pH / pH	3,41	3,39	3,43	3,37	3,45	3,34	3,32	3,36	3,30	3,38	3,35	3,33	3,37	3,31	3,39	3,33	3,31	3,35	3,29	3,37	3,07	3,05	3,09	3,03	3,11
Acidité totale(*) (g H2SO4/L) <i>Total acidity(*) (g H2SO4/L)</i>	2,62	2,58	2,66	2,46	2,78	3,07	3,02	3,12	2,95	3,19	3,45	3,40	3,50	3,31	3,59	4,23	4,17	4,29	4,11	4,35	5,60	5,52	5,68	5,42	5,78
Acidité totale(*) (g acide tartrique/L) <i>Total acidity(*) (g tartaric acid/L)</i>	4,01	3,95	4,07	3,77	4,26	4,70	4,62	4,78	4,52	4,88	5,28	5,21	5,36	5,07	5,50	6,48	6,38	6,57	6,29	6,66	8,57	8,45	8,70	8,30	8,85
Acidité volatile (g H2SO4/L) <i>Volatile acidity (g H2SO4/L)</i>	0,24	0,22	0,26	0,20	0,28	0,35	0,33	0,37	0,31	0,39	0,44	0,42	0,46	0,40	0,48	0,60	0,58	0,62	0,56	0,64	0,74	0,72	0,76	0,68	0,80
Acidité volatile (g acide acétique/L) <i>Volatile acidity (acetic acid/L)</i>	0,29	0,27	0,32	0,24	0,34	0,43	0,40	0,45	0,38	0,48	0,54	0,51	0,56	0,49	0,59	0,73	0,71	0,76	0,69	0,78	0,91	0,88	0,93	0,83	0,98
Acide acétique (g/L) <i>Acetic acid (g/L)</i>	0,28	0,25	0,31	0,24	0,32	0,41	0,38	0,44	0,35	0,47	0,52	0,49	0,55	0,46	0,58	0,72	0,67	0,77	0,62	0,82	0,94	0,89	0,99	0,80	1,08
Acide L-malique (g/L) <i>L-malic acid (g/L)</i>	0,24	0,21	0,27	0,18	0,30	0,85	0,81	0,89	0,67	1,03	1,58	1,50	1,66	1,28	1,88	2,71	2,57	2,85	2,23	3,19	3,15	2,99	3,31	2,53	3,77
Acide L-lactique (g/L) <i>L-lactic acid (g/L)</i>	0,90	0,85	0,95	0,76	1,04	0,73	0,69	0,77	0,59	0,87	0,48	0,45	0,51	0,36	0,60	0,20	0,17	0,23	0,10	0,30	0,98	0,92	1,04	0,80	1,16
D.O 280																									

Les valeurs de référence en italique sont indicatives.

* valeurs mises à jour

Série SW - 20 ampoules de 10 mL / étui / SW series - 20 ampoules of 10 ml / box

SW 10 lot / batch W 03151220 10 validité jusqu'en / validity décembre 2020 / december 2020					SW 20 lot / batch W 03151220 20 validité jusqu'en / validity décembre 2020 / december 2020					SW 30 lot / batch W 03121217 30 validité jusqu'en / validity décembre 2017 / december 2017				
Valeur de référence Reference value	Intervalle de confiance (k=2) confidence interval (k=2)		Intervalle d'acceptation (k=2) acceptance interval (k=2)		Valeur de référence Reference value	Intervalle de confiance (k=2) confidence interval (k=2)		Intervalle d'acceptation (k=2) acceptance interval (k=2)		Valeur de référence Reference value	Intervalle de confiance (k=2) confidence interval (k=2)		Intervalle d'acceptation (k=2) acceptance interval (k=2)	
	Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit	Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit		Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit	Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit		Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit		
Titre alcoométrique vol. (%) <i>Alcoholic strength (%vol)</i>	12,94	12,90	12,98	12,88	13,00	9,45	9,41	9,49	9,39	9,51				
Sucres réducteurs (g/L) <i>Reducing sugars(g/L)</i>	23,8	22,6	25,0	20,4	27,2	89,4	84,9	93,9	77,2	101,6				
Glucose + fructose (g/L) <i>Glucose + fructose (g/L)</i>	21,2	20,6	21,8	19,0	23,4	81,9	79,4	84,4	72,3	91,5				
Titre alcoométrique vol. (%) <i>Alcoholic strength (%vol)</i>	5,74	5,7	5,78	5,64	5,84									
Sucres réducteurs (g/L) <i>Reducing sugars(g/L)</i>	177,7	172,3	183,0	156,9	198,5									
Glucose + fructose (g/L) <i>Glucose + fructose (g/L)</i>	169,4	164,3	174,5	150,1	188,7									
pH / pH	3,3	3,28	3,32	3,26	3,34									
Acidité totale(*) (g H2SO4/L) <i>Total acidity(*) (g H2SO4/L)</i>	4,38	4,31	4,45	4,22	4,54									
Acidité totale(*) (g acide tartrique/L) <i>Total acidity(*) (g tartaric acid/L)</i>	6,71	6,60	6,81	6,46	6,95									
Acidité volatile (g H2SO4/L) <i>Volatile acidity (g H2SO4/L)</i>	0,34	0,32	0,36	0,30	0,38									
Acidité volatile (g acide acétique/L) <i>Volatile acidity (acetic acid/L)</i>	0,42	0,39	0,44	0,37	0,47									
Acide acétique (g/L) <i>Acetic acid (g/L)</i>	0,39	0,36	0,42	0,35	0,43									
Acide L-malique (g/L) <i>L-malic acid (g/L)</i>	3,43	3,26	3,60	2,99	3,87									

Les valeurs de référence en italique sont indicatives.

Les références de contrôle / Control references

BTB 6 bouteilles de 240 mL / carton - 6 bottles of 240 Lot produit sous accréditation COFRAC			BTA 20 ampoules de 10 mL / étui - 20 ampoules of 10 ml / box					
BTB lot / batch T 03161221 B validité jusqu'en / validity décembre 2021 / december 2021			BTA lot / batch T 03131218 A validité jusqu'en / validity décembre 2018 / december 2018					
Valeur de référence Reference value	Incertitude (k=2) Uncertainty (k=2)	Valeur de référence Reference value	Intervalle de confiance (k=2) confidence interval (k=2)		Intervalle d'acceptation (k=2) acceptance interval (k=2)			
			Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit	Borne inf. inferior limit	Borne sup. superior limit		
Titre alcoométrique vol. (%) <i>Alcoholic strength (%vol)</i>	13,07	±	0,05	11,99	11,95	12,03	11,91	12,07
Substances réductrices (g/L) <i>Reducing sugars(g/L)</i>	3,10	±	0,28	3,77	3,54	4,00	3,27	4,27
Glucose + fructose (g/L) <i>Glucose + fructose (g/L)</i>	1,67	±	0,05	2,68	2,60	2,76	2,48	2,88
pH / pH	3,58	±	0,02	3,54	3,52	3,56	3,50	3,58
Acidité totale(*) (g H2SO4/L) <i>Total acidity(*) (g H2SO4/L)</i>	3,07	±	0,05	3,13	3,08	3,18	2,97	3,29
Acidité totale(*) (g acide tartrique/L) <i>Total acidity(*) (g tartaric acid/L)</i>	4,70	±	0,08	4,79	4,72	4,87	4,55	5,04
Acidité volatile (g H2SO4/L) <i>Volatile acidity (g H2SO4/L)</i>	0,46	±	0,02	0,37	0,35	0,39	0,31	0,43
Acidité volatile (g acide acétique/L) <i>Volatile acidity (acetic acid/L)</i>	0,56	±	0,02	0,45	0,43	0,48	0,38	0,53
Acide acétique (g/L) <i>Acetic acid (g/L)</i>	0,52	±	0,03	0,41	0,38	0,44	0,35	0,47
Acide L-malique (g/L) <i>L-malic acid (g/L)</i>	0,91	±	0,05	1,08	1,03	1,13	0,86	1,30
Acide L-lactique (g/L) <i>L-lactic acid (g/L)</i>	0,76	±	0,05	0,96	0,90	1,02	0,82	1,10
Masse volumique (g/cm3) <i>Density (g/L)</i>	0,99037	±	0,00004	0,99177	0,99173	0,99181	0,99161	0,99193
Acide sorbique (mg/L) <i>Sorbate (mg/L)</i>	146,7	±	7,3	100,9	95,9	105,9	88,9	112,9
Acide tartrique (g/L) <i>Tartaric acid (g/L)</i>	0,99	±	0,08	1,02	0,94	1,10	0,82	1,22
Fer (mg/L) <i>Iron (mg/L)</i>	2,65	±	0,11	1,77	1,70	1,84	1,37	2,17
Cuivre (mg/L) <i>Copper (mg/L)</i>	0,13	±	0,02	0,13	0,11	0,15	0,09	0,17
Potassium (mg/L) <i>Potassium (mg/L)</i>	899,9	±	28,0	844	819	869	740	948
Calcium (mg/L) <i>Calcium (mg/L)</i>	69,1	±	2,9	68,3	65,6	71,0	55,7	80,9

Les valeurs de référence en italique sont indicatives.

Définitions / Definitions :

Les valeurs ont été établies à partir des résultats d'une étude collaborative impliquant une quarantaine de laboratoires d'oenologie accrédités par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation). Seules des méthodes OIV ou adaptées selon le principe de la méthode OIV sont appliquées. / The reference values were determined from the results of a comparative study involving about oenology laboratories, accredited by COFRAC (French Accreditation Committee). **Only official OIV analysis methods are used.**

L'intervalle de confiance (k=2) / The confidence interval (k=2)

Il correspond à l'incertitude (i) sur cette valeur de référence avec k=2. / This corresponds to the uncertainty (u) of the reference value with k=2.

L'intervalle d'acceptation (k=2) / The acceptance interval (k=2)

Il correspond à la valeur maximale qu'un laboratoire peut se fixer autour de la valeur attribuée au TITRIVIN lors d'un analyse. / This corresponds to the maximal value that a laboratory can accept for the reference value when it analyses TITRIVIN the first time.

(*) Le paramètre « Acidité Totale » correspond à la définition du Recueil International des méthodes d'analyses de l'OIV : « L'acidité totale est la somme des acidités titrables lorsqu'on amène le pH à 7 par addition d'une solution alcaline titrée. Le dioxyde de carbone n'est pas compris dans l'acidité totale. » / The parameter « Total Acidity » is determined according to the official definition of the Compendium of International Methods of Analysis of the OIV : « The total acidity of the wine is the sum of its titratable acidities when it is titrated to pH 7 against a standard alkaline solution. Carbon dioxide is not included in the total acidity. »