



Service vigne et vin

TITRIVIN IR6

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE POUR LABORATOIRES D'ŒNOLOGIE

CERTIFICAT D'ANALYSE

39 rue Michel Montaigne
BP 115
33294 BLANQUEFORT
CEDEX

Tel. 05 56 35 00 00
Fax 05 56 35 58 59

Matériau

Assemblage de vins et de moûts de différentes origines.

Préparation

Selon les techniques et procédés usuels en œnologie.

Conditionnement

En ampoules en verre de 10 mL
Réalisé par un laboratoire pharmaceutique.

Homogénéité

Contrôle effectué sur 1⁰/₀₀ des ampoules prélevées au cours du conditionnement.

Stabilité

Produit stabilisé par les procédés de traitements physiques usuels en œnologie.

Conservation

A l'abri de la lumière entre 5°C et 25°C.

Valeurs de référence

Les valeurs ont été établies à partir des résultats d'une chaîne d'essais impliquant, une quarantaine de laboratoires d'œnologie accrédités par le COFRAC utilisant les méthodes officielles.
Le calcul des valeurs de référence est effectué suivant la norme NF ISO 5725.

Intervalle de confiance

Il correspond à l'incertitude sur la valeur de référence avec $k = 2$ pour un niveau de confiance de 95%.

Intervalle d'acceptation

Il correspond à la variation maximum qu'un laboratoire peut se fixer autour de la valeur attribuée au TITRIVIN lors d'une analyse.

Utilisation

- ✓ Etalonnage des appareils de mesures
- ✓ Contrôle qualité des mesures
- ✓ Estimation des incertitudes

Ampoules à usage unique pour utilisation immédiate après ouverture.

Lot R 02031207 6

Paramètres	VALEUR DE REFERENCE	INTERVALLE DE CONFIANCE (k=2)		INTERVALLE D'ACCEPTATION (k=2)	
		Borne inf.	Borne sup.	Borne inf.	Borne sup.
Titre alcoométrique vol.(%)	6,20	6,14	6,26	5,98	6,42
Sucres réducteurs (g/L)	103,4	101,9	104,9	98,7	108,1

Ces valeurs de référence ont été confirmées par la chaîne d'analyses TITRIVIN 2010

Validité prolongée **jusqu'en**

- DEC 2013

